



MEMORIA ANUAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



Año de la memoria: 2021

Fecha de edición: 25/03/2022

La Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias tiene como finalidad apoyar la toma de decisiones por parte de la Administración sanitaria del Principado de Asturias acerca de la introducción, modificación o exclusión de técnicas, tecnologías o procedimientos de carácter sanitario.

Para ello, valora las técnicas, tecnologías o procedimientos para definir su lugar en la terapéutica y efectuar las correspondientes recomendaciones sobre la introducción, modificación o exclusión de los mismos en la práctica clínica de los centros del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Miembros de la comisión:

Nombre y apellidos	Incorporación	Baja
Abelardo Suárez Vázquez	2018	
Alejandra Fueyo Gutierrez	Diciembre 2019	
Antonio Bazán Herrero	2018	Marzo 2021
Aurora Astudillo González	2018	
Elena Garzo García	Diciembre 2019	
Elena Llorente Fernández	Diciembre 2019	
Elvira Muslera Canclini	2018	
Jesús Allende González	Diciembre 2020	
Jose Luis Graña López	2018	
Jose Manuel Fernández Carreira	Junio 2021	
Jose Miguel Vegas Valle	2018	
Juan Carlos de Vicente Rodríguez	2018	
Juan Ignacio Rodríguez Campos	2018	
Luis Marcelino Escotet	Diciembre 2020	
Manuel Valledor Menéndez	2018	
Miguel Maldonado Fernández	2018	
Sara González Alonso	Febrero 2019	
Susana Diego Roza	Marzo 2021	

Resumen de las actividades realizadas durante el año:

- A lo largo del año se realizaron 3 reuniones.

La Oficina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (OETSPA) presentó 3 informes de respuesta rápida y 1 informe breve de valoración.

Documento	Título
Informe de Respuesta Rápida	Sistema de nebulización mediante malla vibratoria, <i>Aerogen</i> , en escenario COVID
Informe de Respuesta Rápida	Efectividad de la Cánula nasal de alto flujo calentada y humidificada en comparación con la presión positiva nasal continua en las vías respiratorias en pacientes pediátricos

Informe de Respuesta Rápida	Ecógrafo de alta gama para biopsia de próstata por fusión transperineal
Informe Breve de Valoración	Valoración de la pertinencia de incorporación de la TS High intensity focused ultrasound (HIFU) en temblor esencial a la cartera complementaria de servicios de nuestra comunidad autónoma

La Comisión emitió 4 recomendaciones.

Recomendación	Título
1/2021	Se recomienda el uso del Sistema de nebulización mediante malla vibratoria (Aerogen) en escenario COVID, según las indicaciones planteadas en el informe, a la cartera común básica de servicios de la Comunidad Autónoma
2/2021	Se recomienda no incorporar la Cánula nasal de alto flujo calentada y humidificada (HFNC) en comparación con la presión nasal continua en las vías respiratorias en pacientes pediátricos, a la cartera común básica de servicios de la Comunidad Autónoma
3/2021	Se recomienda incorporar el uso del Ecógrafo de alta gama para biopsia de próstata transperineal, según las indicaciones recogidas en el algoritmo, a la cartera común básica de servicios de la Comunidad Autónoma
4/2021	Se recomienda no incorporar la utilización del High intensity focused ultrasound (HIFU) en temblor esencial como alternativa del tratamiento habitual a la cartera común básica de servicios de la Comunidad Autónoma